

## 連携施設様

# 経腸栄養分野における誤接続防止コネクタの導入に関するご案内

2021.11 JCHO 福井勝山総合病院

厚生労働省通知を受け、経腸栄養分野の誤接続防止コネクタ製品を導入する運びとなりました。円滑な施設間連携を図るため、本紙をもって情報提供させていただきます。

## 当院の製品切替え予定

**2021年12月1日（水）**より新規格製品（ISO80369-3）へ順次切り替えます。

## 今後の対応


切替え日以降に当院から転出する患者様は下図の「**新規格オス**」タイプの

**コネクタ製品を使用します。**

このタイプの製品に接続するためには、

- ①「**新規格メス**」の製品を直接接続する。
- ②「**変換コネクタTYPE A**」を介して、既存規格オスの製品と接続する。

のどちらかで対応する必要があります。



※新規格製品と既存規格製品を接続するためには「**変換コネクタTYPE A**」が必要です。

## 連携施設様へのお願い

新規格製品と既存規格製品は、直接接続できません。新規格製品への切替え日以降に当院から切り替え未実施の施設様へ転出する患者様には変換コネクタ（TYPE A）を1つ添付いたします。また、切り替えが未実施の施設様から患者様を受け入れる際には当院で対応いたします。

当面はこの運用を継続いたしますが、貴施設におかれましても「**変換コネクタTYPE A**」の**ご準備**もしくは**新規格製品への切替え**をご検討願います。

※コネクタの変更に伴い、洗浄方法や接続についての注意点などが異なりますのでご注意ください。

## お問い合わせ先

JCHO 福井勝山総合病院 医療安全管理室 TEL:0779-88-0350（代表）